

Biłgoraj, 2 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa Dudko, ul. Stanisława Moniuszki 31, 23-400 Biłgoraj.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego: kardiomonitora i defibrylatora -kardiowertera, w ramach projektu pn. „Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznanie rynku/porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ I. Wymagane parametry w zakresie **kardiomonitora**:

- a) monitorowanie funkcji życiowych:
 - elektrokardiografia (EKG),
 - częstość oddechów (RR),
 - nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi (NiBP),
 - temperatura (temp),
 - pulsoksymetria (SpO2),
- b) ekran LCD o przekątnej min. 12 " o wysokiej rozdzielczości,
- c) obsługa za pomocą ekranu dotykowego,
- d) zasilanie sieciowe (220 V - 230 V, 50/60 Hz) oraz akumulatorowe (wewnętrzny wydajny akumulator o czasie pracy min 3 h),
- e) pamięć krzywych monitorowanych funkcji życiowych z ostatnich 48 h,
- f) pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych wszystkich monitorowanych funkcji życiowych z ostatnich min. 7 dni,
- g) akcesoria pomiarowe oraz wyposażenie:
 - przewód EKG z odprowadzeniami pacjenta (min. 3 elektrody),
 - wielorazowe mankiety do pomiaru NiBP, dla dorosłych o zróżnicowanych obwodach kończyny: od 20 do - 43 cm,
- h) przewód powietrza NiBP,
- i) wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych ,
- j) wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej,



k) statyw jezdny/wózek.

CZĘŚĆ II. Wymagane parametry w zakresie defibrylatora- kardiowertera:

- a) niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacji, energia do 200 J z krótkim czasem ładowania,
- b) zasilanie sieciowe (220 - 230 V, 50/60 Hz) oraz akumulatorowe,
- c) tryby pracy:
 - defibrylacja asynchroniczna i synchroniczna (kardiowersja)
 - defibrylacja półautomatyczna AED
 - stymulacja przezskórna serca,
 - monitorowanie funkcji życiowych w trakcie reanimacji: min. elektrokardiografia i pulsoksymetria na ekranie LCD o przekątnej min. 5"
- d) wyposażenie oraz akcesoria pomiarowe:
 - łyżki defibrylacyjne ze wskaźnikiem przylegania
 - przewód EKG z odprowadzeniami pacjenta (min. 3 elektrody)
 - wielorazowy czujnik SpO2
 - jednorazowe elektrody defibrylacyjne,
- e) graficznie / dźwiękowy wskaźnik gotowości urządzenia do użycia
- f) automatyczne testy sprawności sprzętu,
- g) statyw jezdny/ wózek

IV. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.
2. Ofertę należy przesłać do **9 czerwca 2018 r. do godz. 24.00** w wersji elektronicznej na adres e-mail: **biuro@kardioneuromed.pl** lub w zamkniętej kopercie, na adres: **NZOZ KardioNeuroMED 23-400 Biłgoraj, ul. Moniuszki 31** (decyduje data stempla pocztowego).
3. **Dopuszcza się składanie ofert częściowych**

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Osoba do kontaktu: Mirosław Dudko tel. 795437348

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

.....
oznaczenie Wykonawcy (nazwa i adres)

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2018 r. o postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiot stanowi dostawa sprzętu medycznego: kardiomonitora i defibrylatora - kardiowertera, w ramach projektu „Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CZĘŚĆ I. Kardiomonitor

Cenę netto zł

słownie:..... zł netto,

Obowiązujący podatek VAT %..... zł

Cena brutto zł

Słownie: zł brutto.

CZĘŚĆ II. Defibrylator- kardiowerter

Cenę netto zł

słownie:..... zł netto,

Obowiązujący podatek VAT %..... zł

Cena brutto zł

Słownie: zł brutto.

Jednocześnie oświadczam, iż:

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
2. W razie wybrania oferty zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zawartych w specyfikacji;

.....

Miejsce i data

.....

Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy